

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI


S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1.	ULTRASONİK BOY-KİLO ÖLÇER ANALİZ CİHAZI	Boy-kilo ölçer,LCD ekranlı ve max ağırlık 200 kg Yükseklik ölçüm aralığı 80-195 cm Ses fonksiyonlu ,sürekli tartım ve otomatik kapanma özelliği barındırmalıdır. Kolay taşınabilir güç 4xAAA pil veya 6V DC güç kaynağı.	2	Adet
2.	ATEŞ ÖLÇER TEMASSIZ	Tabanca şeklinde olmalıdır. Pil ile çalışabilmelidir. Temassız ölçüm yapabilmelidir. Kızıl ötesi olmalı ve dijital olmalıdır.	6	Adet
3.	STETESKOP	Paslanmaz çelik olmalı Üç kısımdan oluşmalıdır. (diyafram, tüp(elestik boru) ve kulaklık. Çift taraflı dinleme özelliği olacak Yüksek ve düşük frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır.	3	Adet
4.	DİJİTAL TANSİYON ALETİ	Otomatik ölçüm yapmalıdır. Üst Koldan ölçer olmalı. Hafızalı olmalı ve kaydetme özelliğine sahip olmalıdır. Cihazın CE belgesi olmalıdır.	10	Adet
5.	OTOSKOP	Hafif ve taşınabilir olmalı. 4x büyütme döner mercek olmalı. Düz başlıklı olmalı. Tek parça olmalı 10 Adet kulak içi değerlendirme için uç olacak	4	Adet
6.	KAN ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI	Strip kolayca yerleştirilebilmelidir. Cihazın ölçüm aralığı en az 20-500 mg/dL olmalıdır. Cihaz az miktarda numune ile periferik kandan ölçüm yapabilmelidir. Yetersiz numune anlama ve uyarı verebilmelidir. Her bir cihazla birlikte 500 Adet cihazla uyumlu şeker ölçüm çubuğunda verilecektir.	3	Adet
7.	IŞIK KAYNAĞI	LED teknolojiye sahip olacaktır. Kalem şeklinde olacaktır. Pilli olacaktır.	3	Adet
8.	ANALİZÖR, DEFİBRİLATÖR ELEKTROKARDİY OGRAF	Şarj edilebilir dahili bataryası ile çalışmalıdır. Şarj edilen enerji,deşarj edilmeden önce gerek görüldüğünde kullanıcı tarafından artırılıp azaltılabilmeli, Cihaz bifazik dalga formu ile defirilasyon yapmalı,hastanın göğüs empedansını ölçmeli, Cihazın bataryaları bakım istemeyen kapalı tipte olmalı ve tam dolu iken oda sıcaklığında maksimum enerjisi ile en az 100 defa defibrilasyon yapabilmeli.Boşalan batarya en fazla 3 saat içinde tam şarj olmalı	1	Adet
9.	PULSE OKSİMETRE	Nabız 30-240 bpm aralığında ölçebilmeli Güvenilir, parmak tipi, hızlı (5-8 saniyede), geniş/rengli ekranlı Düşük pil uyarılı, otomatik kapanan Taşınabilir ve sertifikalı (TSE/CE) olmalı, Nabız çubuk grafiği (PI) göstermeli	6	Adet





S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
10.	MUAYENE SEDYESİ	Metal ayaklı olacaktır. 130 kg kapasitesi olacaktır. PVC veya muşamba malzemeden yapılacaktır. İçi dayanıklı sünger olacaktır.	3	Adet
11.	PARAVAN	Metal iskeleti olacaktır. 3 kanatlı olacaktır. Beyaz kumaştan olacaktır.	3	Adet
12.	TAŞINABİLİR HASTA MONİTÖRÜ	Aritmi analizi yapabilmeli Çok uçlu EKG dalga formları, Kalp pili tespiti yapabilmeli. Uzun pil ömrü olmalı. 12 inç monitör olmalı.	1	Adet

Açıklamalar:

1. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.


Melike ŞENGİL
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(OLUR)
17/03/2026


İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı



Cetvel: Garanti Taahhütname Örneği