

KKTC
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 17 Mart 2026 tarihli, Sayı934.01.02-363187

TARİH: 19/03 / 2026

MUHTELİF SAĞLIK MALZEMESİ TEDARİKİ

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL.)	
1	ULTRASONİK BOY-KİLO ÖLÇER ANALİZ CİHAZI Boy-kilo ölçer,LCD ekranlı ve max ağırlık 200 kg Yükseklik ölçüm aralığı 80-195 cm Ses fonksiyonlu ,sürekli tartım ve otomatik kapanma özelliği barındırmalıdır. Kolay taşınabilir güç 4xAAA pil veya 6V DC güç kaynağı.	2	Adet		
2	ATEŞ ÖLÇER TEMASSIZ Tabanca şeklinde olmalıdır. Pil ile çalışabilmelidir. Temassız ölçüm yapabilmelidir. Kızıl ötesi olmalı ve dijital olmalıdır.	6	Adet		
3	STETESKOP Paslanmaz çelik olmalı Üç kısımdan oluşmalıdır. (diyafram, tüp(elestik boru) ve kulaklık. Çift taraflı dinleme özelliği olacak Yüksek ve düşük frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır.	3	Adet		
4	DİJİTAL TANSİYON ALETİ Otomatik ölçüm yapmalıdır. Üst Koldan ölçer olmalı. Hafızalı olmalı ve kaydetme özelliğine sahip olmalıdır. Cihazın CE belgesi olmalıdır.	10	Adet		
5	OTOSKOP Hafif ve taşınabilir olmalı. 4x büyütme döner mercek olmalı. Düz başlıklı olmalı. Tek parça olmalı 10 Adet kulak içi değerlendirme için uç olacak	4	Adet		
6	KAN ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI Strip kolayca yerleştirilebilmelidir. Cihazın ölçüm aralığı en az 20-500 mg/dL olmalıdır. Cihaz az miktarda numune ile periferik kandan ölçüm yapabilmelidir. Yetersiz numune anlama ve uyarı verebilmelidir. Her bir cihazla birlikte 500 Adet cihazla uyumlu şeker ölçüm çubuğuda verilecektir.	3	Adet		
7	İŞIK KAYNAĞI LED teknolojiye sahip olacaktır. Kalem şeklinde olacaktır. Pilli olacaktır.	3	Adet		
8	ANALİZÖR, DEFİBRİLATÖR ELEKTROKARDİYOGRAF Şarj edilebilir dahili bataryası ile çalışmalıdır. Şarj edilen enerji,deşarj edilmeden önce gerek görüldüğünde kullanıcı tarafından artırılıp azaltılabilmeli, Cihaz bifazik dalga formu ile defirilasyon yapmalı,hastanın göğüs empedansını ölçmeli, Cihazın bataryaları bakım istemeyen kapalı tipte olmalı ve tam dolu iken oda sıcaklığında maksimum enerjisi ile en az 100 defa defibrilasyon yapabilmeli. Boşalan batarya en fazla 3 saat içinde tam şarj olmalı	1	Adet		

21

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL.)	
9	PULSE OKSİMETRE Nabız 30-240 bpm aralığında ölçebilmeli Güvenilir, parmak tipi, hızlı (5-8 saniyede), geniş/renkli ekranlı Düşük pil uyarılı, otomatik kapanan Taşınabilir ve sertifikalı (TSE/CE) olmalı, Nabız çubuk grafiği (PI) göstermeli	6	Adet		
10	MUAYENE SEDYESİ Metal ayaklı olacaktır. 130 kg kapasitesi olacaktır. PVC veya muşamba malzemeden yapılacaktır. İçi dayanımlı sünger olacaktır.	3	Adet		
11	PARAVAN Metal iskeleti olacaktır. 3 kanatlı olacaktır. Beyaz kumaştan olacaktır.	3	Adet		
12	TAŞINABİLİR HASTA MONİTÖRÜ Aritmi analizi yapabilmeli Çok uçlu EKG dalga formları, Kalp pili tespiti yapabilmeli. Uzun pil ömrü olmalı. 12 inç monitör olmalı.	1	Adet		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR:

1. EK'te gönderilen **sözleşme tasarısı ve teknik şartname** esaslarında alım yapılacaktır.
2. Geçici teminat alınmayacaktır. İhale **üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT** alınarak **SÖZLEŞME** yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.
3. Teklifler zarfların açılacağı saate kadar üç şekilde verilebilir;
 - a. Kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) **ELDEN TESLİM**,
 - b. Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla,(zarfların açılacağı saate kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)
 - c. Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına **imzalı ve kaşeli/mühürlü** olarak göndermek yöntemiyle verilebilir.
4. Teklifimize **KDV hariç**, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
5. **Güv.K.K.hıncı** alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
6. **Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.**
7. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi ://2026

ADI SOYADI / FİRMA ADI :


AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :


 İsmail Yüzbaşı
 Satın Alma Komisyon Başkanı