

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1.	LARİNGEAL MASKE HAVA YOLU NO: 5 (YETİŞKİN)	Tek kullanımlık olmalı Dayanıklı silikon malzeme olmalı. 5 numara olmalıdır.	8	Ad.
2.	LARİNGEAL MASKE HAVA YOLU NO:4 (YETİŞKİN)	Tek kullanımlık olmalı Dayanıklı silikon malzeme olmalı. 4 numara olmalıdır.	8	Ad.
3.	LARİNGEAL MASKE HAVA YOLU NO:3 (ÇOCUK)	Tek kullanımlık olmalı dayanıklı Silikon malzeme olmalı. 3 numara olmalıdır.	8	Ad.
4.	BİSTÜRİ UCU 11 NO	11 Numara olacaktır. Tek tek steril paketli olacaktır. Paslanmaz çelik olacaktır.	1.000	Ad.
5.	ABESLANG (TAHTA)	Yuvarlatılmış uç kısımlar ve düzgün yüzeyli olmalıdır. Kutuda 100 adet içermelidir. Tahta olmalıdır, tahriş edici olmamalıdır. Kötü koku olmamalıdır. Özel bir kutu içerisinde kuru olmalıdır. Ağız ve boğaz muayenesine uygun olmalıdır Tek kullanımlık olmalıdır. 13-16 cm uzunluğunda 1.5-2 cm genişliğinde olmalıdır.	3.000	Ad.
6.	YARA BANDI	10'lu kutularda olacaktır. 19X72 mm ölçülerde olacaktır.	750	Ad.
7.	STERİL GAZLI BEZ	7.5x7.5cm 5'li paketlerde Her kutuda 20 paket olacaktır. Malzeme yeni ve kullanılmamış olacaktır. Tekli ambalajlarda olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	2.000	Ad.
8.	BETADİNE SOLÜSYON 100 ML	Orijinal ambalajında ve 100 ml.lik şişelerde yeni ve kullanılmamış olacaktır. İçerisinde % 10'luk polivinilpiroliden-iyot kompleksi içeren solüsyonlar bulunacaktır. Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olacaktır.	500	Ad.
9.	DEFİBRİLATÖR JELİ	1 Literlik kutularda olacaktır. Şeffaf olacaktır.	100	Ad.
10.	TOBREKS GÖZ DAMLASI	5 ml'lik damlalık şişelerde olmalıdır 1 ml çözelti,3 mg Tobramisin içermelidir. Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.	100	Ad.



S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
11.	ONYZİD 8 MG TABLET	Beyaz renkli, yuvarlak, düz, kenarları eğimli tablet halinde olmalıdır. Karton kutuda ve her kutuda 10 adet olmalıdır.	1.000	Ad.
12.	ARTİCAİN	Teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl raf ömrü olacaktır.	100	Ad.
13.	FLASTER IN ZINK OXIDE (5 M X 5 CM.)	5m X 5cm ölçülerinde olacaktır. İpek olacaktır.	500	Ad.
14.	FİRÇA PRİMER BOND	Bonding ajanına uyumlu olmalıdır. 100'lük paketler halinde olmalıdır.	200	Ad.
15.	ALET DEZENFEKTE SOLUSYONU	Kullanılan el aletlerinin sterilizasyondan önce dezenfeksiyonunu sağlayacak. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	10	Lt.
16.	DENTİN ASİT	%37'lik fosforik asit içerecek. Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.	2	Ad.
17.	CAM İYONOMER	Orijinal ambalajında olmalıdır. Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.	4	Ad.
18.	CAVİTRON UCU	İnce uçlu paslanmaz çelikten olmalıdır. Set 6 adet uç içermelidir. Otoklavda steril edilebilir olmalıdır.	12	Ad.
19.	TEL FİRÇA	Sık telli olmalı ve el aletlerinin temizlenmesine uygun olmalıdır.	10	Ad.
20.	AKIŞKAN KOMPOZİT DOLGU	A1 ve A2 renklerinde olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	10	Ad.
21.	İŞINLI DOLGU SETİ	Nono Hybrid kompozit olmalı. A1 a2 a3 B1 renklerinde olmalı bulk fill dolgu olmalı. İçeriğinde dentin asit ve dentin bonding bulunmalıdır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	3	Ad.
22.	KALSİYUM HİDROKSİT PATİ	2 pattan oluşacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	6	Ad.
23.	AH-PLUS	2 pattan oluşacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	4	Ad.
24.	YENGEÇ MATRİX BANDI	Paslanmaz çelik olacaktır.	40	Ad.
25.	YÜZEY DEZENFEKTAN I DİŞ ÜNİTLERİ İÇİN	Tıbbi cihazların ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılabilir olacaktır. Püskürtme başlığı açılır-kapanır olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	10	Lt.



S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
26.	NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ	Endomotor ile kullanılabilir. 6 adetlik setlerde olacaktır.	6	Set
27.	DENTAL RULO PAMUK	Rulo haline getirilmiş, sıkıştırılmış pamuk olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	1.500	Ad.
28.	PAPER POINT	Dental kullanıma uygun, streil ve tek kullanımlık olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	10	Kutu
29.	GUTTA PERCHA	Dental kullanıma uygun, streil ve tek kullanımlık olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	10	Kutu
30.	ENDODONTİK İRRİGASYON İĞNESİ	Yandan perfore olacak, ince esnek ve künt uçlu olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	100	Ad.
31.	ENDODONTİK YIKAMA SOLUSYONU	NaOCL, EDTA ve Clorhekzidine solüsyonlarını ayrı şişelerde içerecek Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	2	Lt.
32.	DENTAL ENJEKTÖR DİSPOSABLE	Dental kullanıma uygun olmalıdır. Gövde kısmı şeffaf, tek kullanımlık steril tıbbi kullanıma uygun plastik hammadde yapılmış olmalıdır. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalıdır. Rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli ıslandığında silinmemelidir. Enjektör gövde, piston ve piston lastiği olarak 3 parçadan oluşmalı aynı zamanda steril ambalaj içinde iğne ucu olmalıdır. Ambalajın bir yüzü şeffaf film diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kağıt şeklindeki ambalajlanmış steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.	1.500	Ad.
33.	DYCAL	2 tüpten oluşacak, orijinal ambalajında olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	3	Ad.
34.	SPONGOSTEN	Küp şeklinde kesilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	4	Paket
35.	CARPÜL ADRENALİNLİ	Lidocaine %2 Adrenaline 1: 80000 sahip olmalı, Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	500	



S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
36.	TIBBİ ATIK POŞETİ	80x110 cm ebatlarında olmalıdır. Kırmızı renkli olmalıdır. Alt kısmı düz yapıştırma, çift dikişli olmalıdır. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olmalıdır. En az 10 kg kaldırma kapasitesi olmamalıdır. Her rulo en az 800 gr ağırlığında olmalıdır. Çift kat kalınlığı 100+-5 mikron olmalıdır. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ve "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresi olmalıdır. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olmalıdır. Tıbbi Atık poşetleri 10'ar adetlik rulolar şeklinde olmalıdır.	250	Ad.
37.	YÜZEY ANESTEZİK SPREY	%10'luk Lidokain içermelidir. Teslim tarihinde raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.	6	Ad.
38.	NAZAL KATATER (ÇOÇUK)	Burun ve yüz yapısına anatomil olarak uygun olmalıdır. Yumuşak tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC'den yapılmış olmalıdır. Oksijen maometresine kolay yerleştirilebilmeli yüksek akımda o2 kullanırken monometreden ayrılmamalıdır. Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı, şeffaf olmalıdır. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. Maskenin her iki yanında fazla o2 ve co2 çıkaracak delikler olmalıdır.	2	Ad.
39.	NAZAL KATATER (ERİŞKİN)	Burun ve yüz yapısına anatomil olarak uygun olmalıdır. Yumuşak tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC'den yapılmış olmalıdır. Oksijen maometresine kolay yerleştirilebilmeli yüksek akımda o2 kullanırken monometreden ayrılmamalıdır. Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı, şeffaf olmalıdır. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. Maskenin her iki yanında fazla o2 ve co2 çıkaracak delikler olmalıdır.	5	Ad.



S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
40.	FLASTER (2x5cm)	Flaster tıbbi ipek, sırt yapısı ipek olacaktır. Lateks, silikon, kauçuk ve silikon yağı içermeyecektir. Dayanıklı olacak ve yapışkanı hipoallerjenik olacaktır. Katları kolay açılacak, bir sonraki katın üzerinde yapışkan madde bırakılmayacaktır. Uygulandığı yere iyi yapışacak, yapıştırıldığında sabit kalarak esneyebilecek, yapıştırılan maddeyi iyi sabitleyecek, enine ve boyuna yırtılabilecektir. Çıkarıldığında cilt üzerinde yapışkan artık bırakılmayacak, uygulandığı bölgeden çıkarılırken cildi tahriş etmeyecektir. Sırt yapısı gözenekli olacak, cildin nefes almasına izin verecek, röntgen ışınlarını geçirme özelliğine sahip olacaktır. Orijinal ambalajında ve 2 cm x 5 cm. boyunda olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır. Malzeme yeni ve kullanılmamış olacaktır.	300	Ad.
41.	ATROPİN 0.5 MG	0.5 mg atropin sülfat içeren 10,50 ve 100 ampullük kutularda takdim edilir. 25° C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü 36 aydır. Sodyum klorür, sülfürik asit 0.1 N, enjeksiyonlu su içerir.	5	Ad.
42.	ANTI HİSTAMİN İK AMPUL	Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır. Alerji durumunda kullanılabilir.	20	Ad.
43.	ANTIEMETİK AMPUL	2 ml'lik amber renkli cam ampul. Metil parapeni propil paraben, sodyum sitrat, sitrik asit içerir. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	20	Ad.
44.	ANTI EPILEPTİK AMPUL	25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır. 5 ml çözelti içeren, 5 ml kapasiteli, 5 adet Tip I renksiz cam ampulde kullanıma sunulmaktadır. Propilen glikol, Etanol(%96), sodyum hidroksit içerir. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	2	Ad.
45.	ANTİMİKROBİ YAL POMAD	Her bir gram pomad 20 mg mupirosin içermelidir. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	3	Ad.



S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
46.	OPTÜL	Malzeme yeni ve kullanılmamış olacaktır. Tekli ambalajlarda olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	10	Ad.
47.	CERRAHİ SÜTÜR	USP 3/0 kalınlığında olacak, 3/8 çember olacak, Yuvarlak olacak. En az 2 (iki) yıl raf ömrü olmalıdır.	10	Ad.
48.	%20 NEXTROSE 500 CC	Her bir litre 200 gr glukoz içermelidir. 500 cc'lik ambalajlarda olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	10	Ad.
49.	SERUM SETİ	Non toksik tıbbi PVC den üretilmiş olmalıdır. Steril ve tek paketlenmiş olmalıdır. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu Iso standartlarına uygun olmalı Kapaklı bakteri filtresi olmalı, Açma kapama klempsi olmalı, Enjeksiyon portu olmalı Hortum uzunluğu en az 1.5 ml olmalı ve king yapmamalı 20 damla 1 ml olmalı Damla ayarlayıcısı olmalı ve az miktarda mayiyi istenen şekilde verebilmelidir. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	25	Ad.
50.	İNTRAKET (MAVİ RENK)	Steril tekli paketlerde olmalıdır. Ambalaj üzerinde imal tarihi, sterilizasyon ve son kullanma tarihi olmalıdır. Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli kolayca damara girmeli girerken plastik kılıf büzülmemeli ve geriye kıvrılmamalıdır. İğne damara girerken çelik ile uyumlu olmalıdır. Malzemenin UBB kaydı olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	10	Ad.
51.	RİNGER LAKTAT 500 CC	Serum seti ile birlikte verilmelidir. Her 100 ml'de 0.39 sodyum laktat,0.049 potasyum klorür, 0.6 g sodyum klorür.0.03 kalsiyum dihidrat içermelidir. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	3	Ad.
52.	MASKE	Yandan lastikli, beyaz renkli 100'er lik kutularda	40	Kutu



S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
53	DEFİLATÖR KAŞIĞI	Life Point Pro Markalı Cihaza uyumlu olacaktır. En az 1 (bir) yıl raf ömrü olacaktır. Jel ile kullanıma uygun olmalıdır. Erişkin kaşıklarının alt kısımlarında çocuk hastalarda kullanıma uygun (pediatrik) uygun elektrotlar olacaktır.	9	Set



Açıklamalar:

1. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.


Melike ŞENGİL
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(OLUR)
17/03/2026

İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı


Cetvel: Garanti Taahhütname Örneği