TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterler	Birim	Miktar
1.	LARİNGEAL MASKE HAVA YOLU NO: 5 (YETİŞKİN)	*Tek kullanımlık olacaktır. *Dayanıklı silikon malzeme olacaktır. *5 numara olacaktır.	Adet	15
2.	LARİNGEAL MASKE HAVA YOLU NO:4 (YETİŞKİN)	*Tek kullanımlık olacaktır. *Dayanıklı silikon malzeme olacaktır. *4 numara olacaktır.	Adet	15
3.	LARİNGEAL MASKE HAVA YOLU NO:3 (ÇOCUK)	*Tek kullanımlık olacaktır. *Silikon malzeme olacaktır. *3 numara olacaktır.	Adet	15
4.	YARA BANDI	*10'lu kutularda olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	Adet	1.000
5.	STERİL GAZLI BEZ	*7.5x7.5cm 5'li paketlerde olacaktır. *Malzeme yeni ve kullanılmamış olacaktır. *Tekli amblajlarda olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	Adet	5.000
6.	BETADİNE SOLÜSYON 100 ML	*Orijinal ambalajında ve 100 ml.lik şişelerde yeni ve kullanılmamış olacaktır. *İçerisinde % 10'luk polivinilpiroliden-iyot kompleksi içeren solüsyonlar olacaktır. *Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olacaktır.	Adet	1.000
7.	FLASTER IN ZINK OXIDE (5 M X 5 CM.)	*5m X 5cm ölçülerinde olacaktır. *İpek olacaktır.	Adet	500
8.	FIRÇA PRİMER BOND	*Bonding ajanına uyumlu olacaktır. *100'lük paketler halinde olacaktır.	Adet	1000
9.	ALET DEZENFEKTE SOLUSYONU	*Kullanılan el aletlerinin sterilizasyondan önce dezenfeksiyonunu olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Litre	12
10.	DENTİN ASİT	*%37'lik fosforik asit olacaktır. *Teslim tarihinde en az 1(bir)yıl raf ömrü olacaktır.	Adet	12
11.	CAM İYONOMER	*Orijinal ambalajında olacaktır. *Teslim tarihinde en az 1(bir) yıl raf ömrü olacaktır.	Adet	12
12.	CAVİTRON UCU	*İnce uçlu paslanmaz çelikten olacaktır. *Otoklavda steril edilebilir olacaktır.	Adet	20
13.	TEL FIRÇA	*Sık telli olmalı ve el aletlerinin temizlenmesine uygun olacaktır.	Adet	6
14.	AKIŞKAN KOMPOZİT DOLGU	*A1 ve A2 renklerinde olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Adet	8

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterler	Birim	Miktar
15.	IŞINLI DOLGU SETİ	*Nono Hybrid komposit olacaktır. *A1 a2 a3 B1 renklerinde olmalı bulk fill dolgu olacaktır. *İçeriğinde dentin asit ve dentin bonding olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Adet	4
16.	KALSİYUM HİDROKSİT PATI	*2 pattan oluşacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Adet	6
17.	AH-PLUS	*2 pattan oluşacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Adet	3
18.	YENGEÇ MATRİX BANDI	*Paslanmaz çelik olacaktır.	Adet	30
19.	YÜZEY DEZENFEKTANI DİŞ ÜNİTLERİ İÇİN	*Tıbbi cihazların ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılabilir olacaktır. *Püskürtme başlığı açılır-kapanır olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Litre	6
20.	NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ	*Endomotor ile kullanılabilir olacaktır. *6 adetlik setlerde olacaktır.	Set	6
21.	DENTAL RULO PAMUK	*Rulo haline getirilmiş, sıkıştırılmış pamuk olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Adet	100
22.	PAPER POİNT	*Dental kullanıma uygun, steril ve tek kullanımlık olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Kutu	6
23.	GUTTA PERCIIA	*Dental kullanıma uygun, steril ve tek kullanımlık olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Kutu	3
24.	ENDODONTİK İRRİGASYON İĞNESİ	*Yandan perfore olacak, ince esnek ve künt uçlu olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Adet	120
25.	ENDODONTİK YIKAMA SOLUSYONU	*NaOCL,EDTA ve Clorhekzidine solusyonlarını ayrı şişelerde olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Litre	6
26.	DENTAL ENJEKTÖR DİSPOSABLE	*Dental kullanıma uygun olacaktır. *Gövde kısmı şeffaf, tek kullanımlık steril tıbbi kullanıma uygun plastik hammaddeden yapılmış olacaktır. *Enjektör gövde, piston ve piston lastiği olarak 3 parçadan oluşmalı aynı zamanda steril ambalaj içinde iğne ucu olacaktır.	Adet	1500
27.	DYCAL	*2 tüpten oluşacak, orjinnal ambalajında olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Adet	3
28.	SPONGOSTEN	*Küp şeklinde kesilmiş olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.	Paket	3
29.	CARPÜL	*Lidocaine %2 Adrenaline 1: 80000 sahip olacaktır.	Adet	1000

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterler	Birim	Miktar
	ADRENALİNLİ	*Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olacaktır.		
30.	TIBBİ ATIK POŞETİ	*80x110 cm ebatlarında olacaktır. *Kırmızı renkli olacaktır. *Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olacaktır. *En az 10 kg kaldırma kapasitesi olacaktır. *Her rulo en az 800 gr ağırlığında olacaktır. *Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi veya "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresi olacaktır. *Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olacaktır.	Adet	250
31.	YÜZEY ANESTEZİK SPREY	*%10'luk Lidokain içerecektir. *Teslim tarihinde raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.	Adet	6
32.	SERUM SETİ	*Non toksik tıbbi PVC den üretilmiş olacaktır. *Steril ve tek paketlenmiş olacaktır. *Hava girişli delme ucu olacaktır. *Delme ucu Iso standartlarına uygun olacaktır. *Kapaklı bakteri filtresi olacaktır. *Açma kapama klempi olacaktır. *Enjeksiyon portu olacaktır. *Hortum uzunluğu en az 1 metre olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	Adet	15
33.	İNTRAKET (MAVİ RENK)	*Steril tekli paketlerde olacaktır. *Ambalaj üzerinde imal tarihi, sterilizasyon ve son kullanma tarihi olacaktır. *Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli kolayca damara girmeli girerken plastik kılıf büzülmemeli ve *geriye kıvrılmalı olacaktır. *İğne damara girerken çelik ile uyumlu olacaktır. *Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	Adet	40
34.	ULTRACAİN DS FORT 40-12 AMPUL	*Mandibular anestezi için uygun olacaktır. *2 ml ampuller içinde tek kullanımlık olacaktır. *Enjektör ile çekilmeye uygun olacaktır. *En az 1 (Bir) yıl raf ömrü olacaktır.	Adet	250

Açıklamalar:

1. Teknik isterler de tolerans belirtilmeyen ölçülerde ± %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren 60 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir.
3. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
4. Bu alımda kısmi teklif kabul edilecek ve muayene aşamasında kısmi kabul yapılacaktır.
5. Yüklenici karara bağlanan mal tutarının %20 (yüzde yirmi) oranına kadar eksik getirir veya karara bağlanan malların bölünebilen bu miktarı muayenede uygun bulunmazsa getirilen veya niteliklerine uygun olanlar kabul edilir. Her iki halde de eksik alım toplam miktarı %20 (yüzde yirmi)'yi aşamaz.

6. Söz konusu malzemelerden 4, 5, 6, 31, 32, 33'üncü kalemeler için en az 24 ay, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34'üncü kalemler için en az 12 ay diğer kalemler için ise en az 6 ay garanti verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici Cetvel-1'de örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.
7. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
8. Nakliye ambalajları yırtılmış, ıslanmış ve nakliye ambalajının iç yüzeyine nüfus edecek şekilde kirlenmiş olmayacaktır.
9. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşınma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.

Ahmet BAYRAM
Söz.Elk.Elek.Müh
Tedarik Uzmanı

Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş
Tedarik Astsubayı

Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(OLUR)

5 /11/2026

Şükrü BİLİR
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği